

TOUJEO® (INSULIN GLARGIN 300 E/ML)

Toujeo® 300 E/ml SoloStar®, injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
Toujeo® 300 E/ml DoubleStar™, injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna

GUIDE FÖR SJUKVÅRDSPERSONAL

- Detta dokument är endast en vägledning för att undvika medicineringsfel. Se produktresumén före förskrivning och expediering av Toujeo®-penna.
- Instruera patienter om att läsa patientguiden före första förskrivningen av Toujeo® eller vid byte till annan penna. Detta för att säkerställa att patienten och deras vårdgivare är adekvat informerade om hur de ska använda Toujeo® för att minska risken för medicineringsfel.
- Förklara för din patient att Toujeo® inte är bioekvivalent och därför inte utbytbar med något annat basinsulin inklusive Lantus 100 enheter/ml utan individuell dosanpassning. Monitorering av blodsockret är nödvändigt under bytet och de efterföljande veckorna.


Viktig information om justeringar de första veckorna vid förskrivning av Toujeo®

- Insulin glargin 100 E/ml och Toujeo® (insulin glargin 300 E/ml) är inte bioekvivalenta och därför inte utbytbara utan dosjustering.
- Dosjustering kan bli nödvändig när patienter byter till ett insulin med en annan styrka.
- Toujeo® dosregimen (dos och tidpunkt) bör justeras enligt det individuella svar man får på behandlingen. Efter initiering har man sett att det med styrkan på 300 enheter/ml kan krävas i genomsnitt en 10-18% högre insulindos för att uppnå motsvarande glukoskontroll som med 100 enheter/ml.
- Toujeo® (insulin glargin 300 E/ml) finns tillgängligt i två olika pennor:

Toujeo® SoloStar®
(1,5 ml förfylld penna/450 E)



Toujeo® DoubleStar™
(3 ml förfylld penna/900 E)



Dosinställningen med Toujeo® SoloStar® är 1 E åt gången och Toujeo® DoubleStar™ 2 E åt gången.

Den dos som levereras är den som visas i doseringsfönstret.

Byte från annat basinsulin till Toujeo®

- Vid byte från en behandlingsregim med ett medel- eller långverkande insulin till en dosregim med Toujeo®, kan en ändring av dosen av basinsulinet krävas och annan samtidig behandling behöva anpassas.
- **Byte från basinsulin, doserat en gång per dag, till Toujeo®, doserat en gång per dag, kan göras enhet för enhet baserat på tidigare dos.**
- **Vid byte från basinsulin, doserat två gånger per dag, till Toujeo®, doserat en gång per dag, rekommenderas en initialdos på 80% av tidigare totaldos basinsulin.**
- Noggrann kontroll av blodsockret rekommenderas under bytet och de efterföljande veckorna.

Byte från Toujeo® till andra basinsuliner

- Byte från Toujeo® (insulin glargin 300 enheter/ml) till Lantus® (insulin glargin 100 enheter/ml) kan öka risken för hypoglykemier, framförallt första veckan efter bytet.
- För att reducera denna hypoglykemirisk bör dosen reduceras med 20% för de patienter som byter från Toujeo® (insulin glargin 300 enheter/ml) en gång om dagen till Lantus® (insulin glargin 100 enheter/ml) en gång om dagen.

För mer information om Toujeo®, vänligen se produktresumén på www.fass.se

Ge din patient en patientguide och rekommendera att han/hon läser igenom patientguiden och bipacksedeln noggrant.

Föreslå patienten att ta med patientguiden till apoteket.

Biverkningsrapportering:

Biverkningar och medicineringsfel i samband med användning av Toujeo® kan rapporteras till Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala: www.lakemedelsverket.se eller till Sanofi via www.sanofi.se.